



Број:352/7-1

Дана:07.12.2015.

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ 13/2015

Дана 07.12.2015. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 13/2015-медицинска опрема :

**Питања:**

Да ли је за наручиоца прихватљиво да предметне карактеристике:

- 1." Запремина хоризонталне коморе 23-24 литра"
- 2."Уграђен генератор паре"
- 3."Максимална снага 2,1 kw"

дефинише на следећи начин:

**1.Запремина хоризонталне коморе минимум 19 лит, димензија коморе не мања од 230мм\*430мм**

Коментар:Предметна корекција у пракси не ремети радни ток

**2.Уграђен генератор паре или уграђени грејачи око коморе**

Коментар:обе карактеристике обављају апсолутно исту функционалност

**3.Максимална снага 2,2 kw**

Коментар: предложена корекција(0,1kw) не утиче на рад апарата, потрошњу енергије нити на оптерећење капацитета струјне мреже у установи.

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је размотрила захтев понуђача и даје следећи одговор на постављена питања :

- 1) Наручилац је одредио запремину хоризонталне коморе у складу са потребама службе/корисника опреме и уређај мање запремине односно запремине мин. од 19 литара није прихватљив.
- 2) Није довољно ( као техничко решење није прихватљиво ) да уређај поседује само грејаче око коморе, већ је неопходно да уређај има уграђен генератор паре.
- 3) У креирању техничких спецификација наручилац је водио рачуна о енергетској ефикасности током касније експлоатације уређаја , тако да ће бити прихваћени уређаји снаге до 2,1 KW.

У складу са наведеним, наручилац остаје при траженим техничким карактеристикама у конкурсној документацији и неће их мењати.

Комисија за јавне набавке



**ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР КИКИНДА**

Генерала Драпшина 99, 23300 Кикинда, **тел.** 0230/434-675, **факс** 0230/401-461, **жиро-рачун:** 840-255667-09, **е-маил:** [kikindagc.ust@minrzs.gov.rs](mailto:kikindagc.ust@minrzs.gov.rs) **веб:** [www.gckikinda.org.rs](http://www.gckikinda.org.rs)

Број:352/7-2

Дана:07.12.2015.

ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ У ВЕЗИ ЈНМВ 13/2015

Дана 07.12.2015. године примили смо захтев за појашњење конкурсне документације за ЈНМВ 13/2015-медицинска опрема :

**Питања**

молимо вас дана одговорите да ли је могуће понудити аутоклав запремине 21 Л (димензије коморе 240 x 460 мм) ?

**Одговор:**

Комисија за јавне набавке је размотрила питање понуђача и даје следећи одговор :

- 1) Наручилац је одредио запремину хоризонталне коморе у складу са потребама службе/корисника опреме и уређај мање запремине односно запремине од 21 литар није прихватљив.

Комисија за јавне набавке